様式5

給食実施者名（市町村名）	品名	産地	測定結果		検出限界値		採取日（食材調達日）	給食使用予定日	検査日	検査場所	備考
			放射性セシウム（Cs-134+Cs-137）	放射性ヨウ素（I-131）	放射性セシウム（Cs-134+Cs-137）	放射性ヨウ素（I-131）					
瀬戸保育所（大月市）	ジャガイモ	北海道	不検出	不検出	10	5.6	9月19日	9月21日	9月20日	富士東部保健福祉事務所	
瀬戸保育所（大月市）	ニンジン	北海道	不検出	不検出	12	6.7	9月19日	9月21日	9月20日	富士東部保健福祉事務所	
富浜保育所（大月市）	たまご	山梨県富士吉田市	不検出	不検出	13	6.9	9月18日	9月21日	9月20日	富士東部保健福祉事務所	
富浜保育所（大月市）	ミニトマト	東京都	不検出	不検出	13	7.2	9月18日	9月21日	9月20日	富士東部保健福祉事務所	
初狩保育所（大月市）	冷凍ホウレンソウ	宮崎県	不検出	不検出	10	5.7	9月19日	9月21日	9月20日	富士東部保健福祉事務所	
初狩保育所（大月市）	バナナ	フィリピン	不検出	不検出	11	5.8	9月19日	9月21日	9月20日	富士東部保健福祉事務所	

検査機器	NaI（Tl）シンチレーションスペクトロメータ

（参考）

放射性セシウム（セシウム134及びセシウム137）の基準値

一般食品　100 Bq/kg

放射性ヨウ素（ヨウ素131）の暫定規制値

野菜類　2，000 Bq/kg

魚介類　2，000 Bq/kg

牛乳・乳製品　300 Bq/kg